



Surgical N95 Particulate Respirator For Use in Healthcare Settings

Check prior to use:

- Check for any visible damage.
- Check expiration date.
- Damaged or soiled particle filtering half respirator or particle filtering half respirator where the expiration date has elapsed must not be used.

Donning Instructions:

1. Open the upper and lower panels of the respirator completely, bending the nose-piece with index finger and thumb at center of the foam to form a curve.
2. Cup the respirator on your face so that the foam rests on your nose and the lower panel is securely under your chin.
3. Pull the top headband over your head and position it high on the back of the head. Then, pull the bottom headband over your head and position it around your neck and below your ears. Adjust for a comfortable fit.
4. Continue to adjust for a comfortable fit by pulling the upper panel toward the bridge of your nose and positioning the lower panel under your chin.
5. Conform the nose piece to your nose by firmly pressing down with your fingers. Inhale and exhale sharply. If air leaks around your nose, readjust the nosepiece. If air leaks between the face and face seal of the respirator, reposition it by adjusting the panels and straps. If you cannot achieve a proper seal, do not enter the contaminated area. See your supervisor.

Fitting Instructions:

- Nosepiece side up / Middle panel facing out.
- Follow donning instructions each time respirator is worn.
- Check facial seal to assure proper fit before entering any contaminated area.
 - » Adjust nosepiece if there is air leakage around the nose.
 - » Reposition headbands to secure facial seal around edges of respirator.
- Do not enter a contaminated area if a proper fit cannot be obtained. Follow all instructions and warnings on the use of this respirator, obtain a proper fit, and wear during all times of exposure.
- Failure to do so will reduce respirator effectiveness and user protection, and may result in sickness or death.

Doffing Instructions:

Warning: The outside of the respirator is considered contaminated!

1. Without touching the outside of the respirator, grasp the **BOTTOM** strap of the respirator and lift it over the head.
2. Grasp the **TOP** strap of the respirator and lift it over the head.
3. Dispose per facility's protocol and wash your hands.

The N95 Respirator (N95SRGRES-REG) is NIOSH approved as an N95 particulate filter respirator. They provide 95% filtration efficiency of 0.3 micron particles.

Intended Use:

The Surgical N95 Respirator is intended for use in healthcare settings against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

Use Instructions:

1. Before use, the wearer must be trained by the employer in proper respirator use in accordance with applicable safety and health standards for the contaminant and exposure level in the assigned area.
2. If the respirator becomes damaged or breathing becomes difficult, leave the area. Discard and replace the respirator.

Warning: Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented to meet all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, and fit testing. Important: Follow all instructions and warnings on the use of this respirator. Wear during all times of exposure. Failure to do so will reduce respirator effectiveness and user protection, and may result in sickness or death.

Time use limitations: If respirator becomes damaged, soiled, or breathing becomes difficult, leave the contaminated area and properly dispose of respirator.

Warning: 1. Do not wear this respirator when conditions prevent a good facial seal. Reminder: It is important to fit check the respirator each time it is worn. 2. Never alter or modify this product.

Contraindications:

- Respiratory protective devices are not suitable for persons with beards, sideburns or deep scars in the area of the sealing lines of the facepiece.
- In the event of an oxygen deficiency, harmful concentrations of hazardous substances or unknown conditions, self-contained closed-circuit compressed oxygen breathing apparatus must be used independent of the environment.
- Not to be used in areas with open flames.
- The user must be familiar with the use and handling of the device.
- Type and concentration of the hazardous substances must be known.
- Particle filtering half respirators do not offer protection against gases and vapors. The respirator must be replaced when high airway resistance is noticeable.
- The respirator should only be used for maximum one working shift.
- Respiratory protective devices must be selected according to the type and concentration of the hazardous substance.



**PROUDLY MADE IN THE USA
WITH IMPORTED COMPONENTS.**

Resource Optimization & Innovation, LLC
1100 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 1100
Nashville, TN 37203 • 855-845-9302



Resource Optimization & Innovation, LLC
1100 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 1100
Nashville, TN 37221 • 855-845-9302



This respirator is approved only in the following configuration:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
		N95SRGRES-REG	
84A-9745	Surgical/N95	X	ABCJMNOS

1. Protection

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level).

Effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

2. Cautions and limitations

- A. Not for use in atmospheres containing less than 19.5 % oxygen.
- B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C. Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M. All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N. Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O. Refer to user instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- S. Special or critical user instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User Instructions before donning.

S - Special or Critical User Instructions

The N95SRGRES-REG N95 has been manufactured by HealthPlus, LLC for private label Resource Optimization & Innovation, LLC under TC-84A-9745.

This respirator has been approved as a NIOSH N95 filtering facepiece respirator, for use in healthcare settings, as a Surgical Respirator conforming to recognized standards for Biocompatibility, Flammability Class 1, and a Fluid Resistance Level 3 of 160mmHg. Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, and fit testing.

	Fluid Resistance - Level 3 (160mmHg)		Flammability - Class 1 (Test 16 CFR Part 1610)
	Do not reuse		Consult Instructions for Use
	Caution		Keep dry and under 85% humidity
	Upper and Lower Temperature Limit		Keep Away from Sunlight and Radioactivity



Respirador quirúrgico N95 para partículas para uso en entornos de atención médica

Comprobación previa al uso:

- Compruebe si hay daños visibles.
- Compruebe la fecha de vencimiento.
- Las medias respirador de filtración de partículas dañadas o sucias o con fecha de caducidad vencida no se deben usar.

Instrucciones de colocación:

1. Abra completamente los paneles superior e inferior del respirador, doblando el dedo índice y el pulgar de la pieza nasal en el centro de la espuma para formar una curva.
2. Ahueque el respirador sobre su cara de modo que la espuma descansa sobre su nariz y el panel inferior quede seguro debajo de su barbilla.
3. Tire de la diadema superior sobre su cabeza y colóquela en lo alto de la parte posterior de la cabeza. Luego, tire de la diadema inferior sobre su cabeza y colóquela alrededor de su cuello y debajo de sus orejas. Ajuste para un ajuste cómodo.
4. Continúe ajustando para que le quede cómodo tirando del panel superior hacia el puente de la nariz y colocando el panel inferior debajo de la barbilla.
5. Amolde la pieza de la nariz en su nariz presionando firmemente hacia abajo con los dedos. Inhala y exhala fuertemente. Si se escapa aire alrededor de la nariz, vuelva a ajustar la pieza nasal. Si se escapa aire entre la cara y el sello facial del respirador, vuelva a colocarlo ajustando los paneles y las tirantas. Si no puede lograr un sellado adecuado, no ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.

Instrucciones de ajuste:

- El lado del soporte nasal va hacia arriba/El panel central orientado hacia afuera.
- Siga las instrucciones de colocación cada vez que use el respirador.
- Compruebe el sello facial para asegurar el ajuste adecuado antes de ingresar a una área contaminada.
 - » Ajuste el soporte nasal si hay fuga de aire alrededor de la nariz.
 - » Vuelva a posicionar las cintas para la cabeza para asegurar el sello facial alrededor de los bordes del respirador.
- Si no logra el ajuste adecuado, no ingrese a una área contaminada. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador, consiga el ajuste adecuado y llévelo puesto todo el tiempo de exposición.
- La efectividad del respirador y la protección del usuario disminuirán en caso de no seguir tales indicaciones, lo cual puede ocasionar enfermedades o la muerte.

Instrucciones de desconexión:

Advertencia: ¡El exterior del respirador se considera contaminado!

1. Sin tocar el exterior del respirador, sujete la tiranta **INFERIOR** del respirador y levántela por encima de la cabeza.
2. Tire la correa **SUPERIOR** del respirador y levántela sobre la cabeza.
3. Deseche según el protocolo de la instalación y lávese las manos.

El respirador N95 (N95SRGRESP-REG) está aprobado por NIOSH como respirador con filtro de partículas N95. Proporcionan una eficiencia de filtración del 95 % de partículas de 0.3 micras.

Uso Previsto:

El Respirador N95 está diseñado para uso contra aerosoles de partículas libres de aceite en entornos de atención médica; se pueden aplicar restricciones de uso de tiempo.

Instrucciones de Uso:

1. Antes de usar, el empleador debe capacitar al usuario en el uso adecuado del respirador de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables para el contaminante y el nivel de exposición en el área asignada.
2. Si el respirador se daña o se dificulta la respiración, abandone el área. Deseche y reemplace el respirador.

△ Advertencia: Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste. **Importante:** Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador. Usar durante todo el tiempo de exposición. De lo contrario, se reducirá la eficacia del respirador y la protección del usuario, y puede resultar en enfermedad o muerte. Limitaciones de tiempo de uso: Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone el área contaminada y deséchelo adecuadamente. Limitaciones de tiempo de uso: Si el respirador se daña, se ensucia o se dificulta la respiración, abandone el área contaminada y deséchelo adecuadamente.

△ Advertencia: 1. No use este respirador cuando las condiciones impidan un buen sellado facial. **Recordatorio:** Es importante revisar el ajuste del respirador cada vez que se usa. 2. Nunca altere ni modifique este producto.

Contraindicaciones:

- Los dispositivos de protección respiratoria no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas en las áreas al rededor del sellamiento de la máscara.
- En caso de deficiencia de oxígeno, concentraciones nocivas de sustancias peligrosas o condiciones desconocidas, se debe utilizar un equipo de respiración de oxígeno comprimido de circuito cerrado autónomo, independientemente del entorno.
- No debe usarse en áreas con llamas abiertas.
- El usuario debe estar familiarizado con el uso y manejo del dispositivo.
- Debe conocerse el tipo y la concentración de las sustancias peligrosas.
- Respiradores filtrantes de partículas de medio rostro no ofrecen protección contra gases y vapores.
- El respirador se debe reemplazar cuando se nota una alta resistencia en las vías respiratorias.
- El respirador solo se debe usar durante un turno de trabajo máximo.
- Los dispositivos de protección respiratoria deben seleccionarse de acuerdo con el tipo y la concentración de la sustancia peligrosa.



**ORGULLOSAMENTE FABRICADO EN LOS EE. UU.
CON COMPONENTES IMPORTADOS.**

Resource Optimization & Innovation, LLC
1100 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 1100
Nashville, TN 37203 • 855-845-9302

Model: N95SRGRESP-REG



Resource Optimization & Innovation, LLC
1100 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 1100
Nashville, TN 37221 • 855-845-9302



Este respirador solo está aprobado en la siguiente configuración:

TC-	Protección¹	Respirador	Precauciones y limitaciones²
		N95SRGRESP-REG	
84A-9745	Quirúrgico/N95	X	ABCIMNOS

1. Protección

N95 filtro de partículas (nivel de eficiencia de filtración del 95 %). Efectivo contra aerosoles particulados libres de aceite; podrían aplicarse restricciones al tiempo de uso.

2. Precauciones y limitaciones

- A. No lo use en ambientes con menos de 19.5 % de oxígeno.
- B. No lo use en ambientes inmediatamente peligrosos para la vida o la salud.
- C. No supere las concentraciones de uso máximas establecidas en las normas reglamentarias.
- J. Si no usa y mantiene este producto adecuadamente, podrían ocurrir lesiones o podría ser letal.
- M. Todos los respiradores aprobados se deben seleccionar, ajustar, usar y mantener de conformidad con la Administración de Salud y Seguridad Minera (MSHA), la OSHA y demás leyes aplicables.
- N. Jamás reemplace, modifique, agregue ni omita piezas. Use solo piezas de repuesto en la configuración que especifica el fabricante.
- O. Consulte las instrucciones del usuario o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- S. Se aplican instrucciones del usuario especiales o críticas o limitaciones de uso específicas. Consulte las instrucciones del usuario antes de colocar.

S - Instrucciones especiales o críticas para el usuario

El N95SRGRESP-REG N95 ha sido fabricado por HealthPlus, LLC para marca privada Resource Optimization & Innovation, LLC bajo TC-84A-9745.

Este respirador ha sido aprobado como respirador con pieza facial filtrante NIOSH N95, para uso en entornos médicos, como respirador quirúrgico que cumple con las normas reconocidas para Biocompatibilidad, Inflamabilidad Clase 1 y Resistencia a Fluidos Nivel 3 de 160mmHg. Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste.

	Resistencia a fluidos - Nivel 3 (160mmHg)		Inflamabilidad - Clase 1 (Prueba 16 CFR Part 1610)
	No reutilizar		Consultar instrucciones de uso
	Advertencia		Mantener seco y bajo 85% de humedad
	+4°F (-20°C) +86°F (+30°C)		Mantener alejado de la luz del sol y radiactividad

Surgical N95 IFU

121825